



Prefeitura Municipal de
Juazeiro do Norte



JUAZEIRO DO NORTE

cidade de fé e trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria de Administração

Comissão de Pregão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Folha N° 361

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PE N° 16/2020-SESAU

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária de Saúde no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XXII do art. 4º, da Lei Nº 10.520/2002 e, considerando haver o Pregoeiro cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a **Aquisição de ventiladores de uso hospitalar, destinados as atividades envolvidas nas medidas de enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrentes do Novo Coronavírus-COVID 19 para o Município de Juazeiro do Norte, Ceará.** Através de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020 - SESAU vem HOMOLOGAR o presente processo administrativo de licitação (no que compete a esta Unidade Gestora), em favor dos vencedores, de acordo com os termos do processo e do parecer da Procuradoria Geral do Município de Juazeiro do Norte/CE, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

ASSIM, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, FICA O PRESENTE PROCESSO HOMOLOGADO EM FAVOR DOS SEGUINTE LICITANTES, CONFORME ATA DO PREGÃO, O QUAL É CONSIDERADO PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTA.

Empresa 1- S & A Comércio Varejista Equipamentos Hospitalares LTDA –ME , CNPJ Nº 11.726.439/0001-12 , localizada na Av. Jovita Feitosa 582 Parquelândia CEP 60.455.410, Fortaleza -CE, TEL (85) 3249-0106, e-mail equimedceara@gmail.com / equimedlicitacao@gmail.com . Vencedora do Lote 01, perfazendo o valor global de R\$ 899.600,00 (oitocentos e noventa e nove mil e seiscentos reais).

Empresa 2- MSB Comercio e Representações LTDA ME, localizada a Rua Coronel Jucá, 523, Loja 01, Aldeota , Fortaleza –CE , CNPJ Nº 05.696.303/0001-04 , TEL (85) 32704100/30234377 e-mail msblicitacoes@outlook.com. Vencedora do Lote 02, perfazendo o valor global de R\$ 40.180,00 (quarenta mil, cento e oitenta reais). Por terem apresentado as propostas mais vantajosas para essa administração.

LOTE I (COTA PRINCIPAL)

Item	Especificação do Produto	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	VENTILADOR DE TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR Especificação: VENTILADOR DE TRANSPORTE INTRA HOSPITALAR- VENTILADOR MECÂNICO DESTINADO A PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS QUE POSSUA SISTEMA DE GERAÇÃO PRÓPIA DE AR COMPRIMIDO (TURBINA INTERNA OU COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO ESPECIFICO PARA ESSE FIM) PARA TRANSPORTE INTRA HOSPITALAR,BLENDER ELETRONICO E INTERNO, COM TELA DE 12 POLEGADAS	Unidade	10	KTK	R\$ 78.400,00	R\$ 784.000,00





Prefeitura Municipal de
Juazeiro do Norte

<p>SENSÍVEL AO TOQUE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DE ATÉ QUATRO CURVAS SIMULTÂNEAS (PRESSÃO POR TEMPO, FLUXO POR TEMPO, VOLUME POR TEMPO ETCO2), DOIS LOOPS SIMULTÂNEOS OU AINDA TRÊS CURVAS E UM LOOP SIMULTANEAMENTE, DEVE PERMITIR ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS UM LOOP COMO REFERÊNCIA. PERMITIR QUE AS CURVAS SEJAM DIFERENCIADAS POR CORES E CONGELAR A TELA. COM AJUSTE AUTOMÁTICO DO VOLUME CORRENTE EM MODO VOLUME CONTROLADO A PARTIR DO PESO PREDITO OU IDEAL DO PACIENTE. O VENTILADOR DEVE POSSUIR OS SEGUINTE MODOS VENTILATÓRIOS: PCV, VCV, SIMV/PC, SIMV/VC, PSV, PRVC, SIMV/PRVC, APRV, BINIVEL, BILEVEL OU SIMILAR. DEVE POSSUIR BACK UP DE APNEIA EM TODOS OS MODOS VENTILATÓRIOS QUE PERMITAM RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE E AJUSTE DE PERCENTUAL DE CICLAGEM EXPIRATÓRIA ENTRE 10 A 80% DE QUEDA DO PICO DE FLUXO INSPIRATÓRIO. DEVE AINDA POSSUIR MODO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COM COMPENSAÇÃO DE FUGA AUTOMÁTICA. POSSUIR RECURSO PARA APLICAÇÃO DE TERAPIA DE ALTO FLUXO. DEVE POSSUIR MONITORIZAÇÃO DE VOLUME CORRENTE INSPIRATÓRIO E EXPIRATÓRIO, VOLUME MINUTO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO MÉDIA E PRESSÃO DE PLATÔ; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA; ÍNDICE DE</p>					
--	--	--	--	--	--

Assinatura



	RESPIRAÇÃO RÁPIDA E SUPERFICIAL, TRABALHO RESPIRATÓRIO. DEVE PERMITIR A INCORPORAÇÃO FUTURA DE CAPNOGRAFIA. DEVE POSSUIR RECURSOS OU FERRAMENTAS QUE PERMITAM A VISUALIZAÇÃO DE VALORES DE COMPLACÊNCIA ESTÁTICA, PEEP INTRINSECA, P0.1, PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA. DEVE POSSUIR RECURSOS DE ELEVAÇÃO DE FIO2 A 100% POR DOIS MINUTOS E ASPIRAÇÃO QUE INTERROMPA O FUNCIONAMENTO DO VENTILADOR AO SER DESCONECTADO E RETORNE AUTOMATICAMENTE O FUNCIONAMENTO AO SER CONECTADO NOVAMENTE AO PACIENTE. POSSUIR SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO INTEGRADO AO APARELHO COM SINCRONIZAÇÃO NA FASE INSPIRATÓRIA. VÁLVULAS INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA INTERNAS E PASSÍVEIS DE DESINFECÇÃO. DEVE POSSUIR SAÍDA RS232, USB PARA COMUNICAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS E TELAS. 01 CIRCUITO AUTOCLAVÁVEL; 01 PEDESTAL COM BRAÇO ARTICULADO; 01 BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE DUAS HORAS.					
02	VENTILADOR MECÂNICO PULMONAR Especificação: VENTILADOR MECÂNICO PULMONAR : SISTEMA PNEUMÁTICO OTIMIZADO ARA AUTOMATIZAÇÃO DO REANIMADOR MANUAL "AMBU" . UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS; MEDIDAS GERAIS: LARGURA 22,5 CM COMPRIMENTO: 34,6 CM ALTURA 42 CM, CAIXA EXTERNA EM INOX, COM ATUADOR	Unidade	04		R\$ 28.900,00	R\$ 115.600,00

PNEUMÁTICO INTERNO. REGULADOR MANUAL DE VELOCIDADE DO ATUADOR PNEUMÁTICO PARA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, AMBU ADULTO (DESCARTÁVEL OU AUTOCLAVÁVEL)							
Valor Total do Lote							RS 899.600,00

LOTE II (COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI).

Item	Especificação do Produto	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	VENTILADOR MECÂNICO PULMONAR Especificação: VENTILADOR MECÂNICO PULMONAR : SISTEMA PNEUMÁTICO OTIMIZADO PARA AUTOMATIZAÇÃO DO REANIMADOR MANUAL "AMBU" . UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS; MEDIDAS GERAIS: LARGURA 22,5 CM COMPRIMENTO: 34,6 CM ALTURA 42 CM, CAIXA EXTERNA EM INOX, COM ATUADOR PNEUMÁTICO INTERNO. REGULADOR MANUAL DE VELOCIDADE DO ATUADOR PNEUMÁTICO PARA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, AMBU ADULTO (DESCARTÁVEL OU AUTOCLAVÁVEL)	Unidade	02	VENTLOGOS VLP 2000 E	RS 20.090,00	RS 40.180,00
Valor Total do Lote						RS 40.180,00

O valor global desta licitação é de **RS 939.780,00** (novecentos e trinta e nove mil, setecentos e oitenta reais).

Juazeiro do Norte/CE, 03 de julho de 2020.


GLAUCIANE TORRES NEVES QUENTAL
SECRETÁRIA DE SAÚDE